



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO - CEARÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0608.01/2024
ABERTURA: 21 DE AGOSTO DE 2024 ÀS 09:00
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI, EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO (CÂMERAS, CABOS E OUTROS), PERIFÉRICOS E AR CONDICIONADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE
ASSUNTO: RECURSO ADMINISTRATIVO

OFÍCIO

A empresa FISIOLIFE SOLUÇÕES MEDICAS E HOSPITALARES LTDA, com sede na Avenida Raja Gabaglia, nº 2000 - torre 2 - sala 201, inscrita no CNPJ nº 51.097.433/0001-48, por intermédio de seu representante legal Sr. Bruno Gonçalves Madeira, portador da Carteira de Identidade RG nº MG- 8.146.362 SSP-MG, e do CPF nº 015.797.536-39, vem apresentar tempestivamente, seu RECURSO ADMINISTRATIVO contra o CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL dos licitantes:

Para o ITEM 22 – CAMA HOSPITALAR 3 MOVIMENTOS
TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

DA SÍNTESE DOS FATOS

A requerente participou da licitação Pregão Eletrônico nº 0608.01/2024, que tinha por objeto **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS DE TI, EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO (CÂMERAS, CABOS E OUTROS), PERIFÉRICOS E AR CONDICIONADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE**

Ocorre que durante a sessão pública ocorreram situações específicas que motivaram a necessidade de apresentação do presente recurso administrativo, conforme argumentos de fato e direito abaixo relacionados.

Tendo sempre como norte que uma licitação é o procedimento administrativo no qual a Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de interesse público, desenvolvendo-se através de sucessões ordenadas de atos vinculantes para a Administração e para os licitantes, propiciando igualdade de tratamento e oportunidade a todos os interessados como fator de eficiência e moralidade dos negócios administrativos.

Para tanto, necessária formalização dos diversos procedimentos instituidores do processo de licitação à busca da contratação mais vantajosa aos cofres públicos, espelhados sempre no menor preço ofertado em relação direta ao objeto comum a ser licitado e, posteriormente, contratado pela Administração Pública.

A empresa FISIOLIFE SOLUÇÕES MEDICAS E HOSPITALARES LTDA, ora Recorrente, ao avaliar o teor do instrumento Convocatório, identificou todo o zelo e transparência que esta ilustre comissão, multidisciplinar técnico jurídica, tem no tratar da coisa pública, bem como a elevada preocupação com seus atendidos, por compactuar resolve participar do certame dependendo inúmeros esforços.

FISIOLIFE SOLUÇÕES MEDICAS E HOSPITALARES LTDA

CNPJ Nº 51.097.433/0001-48 - I.E Nº 004643389.00-67
Av. RAJA GABAGLIA, Nº 2000 - SALA 201 - PAVIMENTO 2 - BLOCO 2 - ALPES -
BELO HORIZONTE/MG - CEP:30.494-170
TELEFONE: (31) 99795-0166 / (31) 99731-4611
EMAIL: FISIOLIFESOLUCOES@GMAIL.COM

[Handwritten signature and initials]



FISIOLIFE
SOLUÇÕES



A empresa FISIOLIFE SOLUÇÕES MEDICAS E HOSPITALARES LTDA se dispôs a mover este RECURSO ADMINISTRATIVO, tendo em vista que ao analisar a PROPOSTA COMERCIAL dos licitantes que ficaram em:

ITEM 22 – CAMA HOSPITALAR 3 MOVIMENTOS

1º lugar – TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA – Marca/Modelo: DELLAMED / DX3

Verificamos que os modelos ofertados não atendem ao Edital de maneira plena, conforme descritivo enviado na própria PROPOSTA COMERCIAL ANEXADA.

Vejamos o DESCRITIVO DO EDITAL – ITEM 22

"CAMA HOSPITALAR: CAMA HOSPITALAR FOWLER MANUAL 3 MANIVELAS COM ELEVAÇÃO DE LEITO. DESCRITIVO: CAMA FOWLER CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS EM ABS. ESTRUTURA DO LEITO CONSTRUÍDO EM LONGARINAS DE AÇO ASTM A36 DE 3 MM PERFILADOS EM U. ESTRADO ARTICULADO EM CHAPA DE AÇO DE 1,0 MM DE ESPESSURA. GRADES EM ABS, FACILITANDO A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE, COM SISTEMA DE SEGURANÇA TRAVA E DESTRAVA. MOVIMENTOS FOWLER, SEMI-FOWLER, SENTADO, FLEXÃO DE PERNAS, VASCULAR, CARDÍACO E ELEVAÇÃO DE LEITO ACIONADOS POR TRÊS MANIVELAS PARALELAS AÇOPLADAS AO LEITO. TODAS AS MANIVELAS POSSUEM SISTEMA DE MANCAL DE ROLAMENTO, SUAVIZANDO ASSIM OS MOVIMENTOS DA CAMA. TRATADA COM SISTEMA ANTIFERRUGENS POR FOSFATIZAÇÃO, POSSUÍ ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, A PÓ COM RESINA EPÓXI POLIÉSTER, POLIMERIZADO EM ESTUFA, DE EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA. ACOMPANHA RÓDÍZIOS DE 3" DIM, COM FREIO DE DUPLA AÇÃO EM DIAGONAL. GARANTIA: 1 ANO; CAPACIDADE MÁXIMA: 130KG; DIMENSÕES: 1960MMX880MM; ALTURA MÍNIMA: 43,5CM; ALTURA MÁXIMA: 66 CM"

Como se pode observar está EXPLÍCITO no descritivo do EDITAL os seguintes detalhes

. GRADES EM ABS

Ora, ao lermos atentamente a PROPOSTA COMERCIAL enviada, bem como o CATALOGO ORIGINAL DO FABRICANTE em anexo, enviado pela empresa ARREMATANTE, é cristalina a informação de que a empresa TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA – Marca/Modelo: DELLAMED / DX3, **NÃO CONTEMPLA OS ITENS MENCIONADOS ACIMA. SEGUE ACIMA, POSSUINDO GRADES EM ALUMÍNIO.**

FISIOLIFE SOLUÇÕES MEDICAS E HOSPITALARES LTDA

CNPJ Nº 51.097.433/0001-48 – LE Nº 004643389.00-67
Av. RAJA GABAGLIA, Nº 2000 – SALA 201 – PAVIMENTO 2 – BLOCO 2 – ALPES –
BELO HORIZONTE/MG – CEP:30.494-170
TELEFONE: (31) 99795-0166 / (31) 99731-4611
EMAIL: FISIOLIFESOLUCOES@GMAIL.COM

✍

✍



FISIOLIFE
SOLUÇÕES



Cama 3 movimentos

DX3

Código: 06855

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS



Suporta até 200 Kg



Haste para soro que permite posicionamento em qualquer extremidade




Fácil de montar e desmontar




Embalagem otimizada, 4 caixas equivalem a 1 da concorrência

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Aço carbono; Pintura epóxi; Polipropileno; Alumínio
Dimensões L x P x A	97 x 212 x 68 cm
Altura da grade lateral erguida ao leito	29,5 cm
Altura do leito ao piso (mín x máx)	45 x 68 cm
Largura e profundidade de leito	85 x 196 cm
Peso líquido	64,4 Kg
Grades laterais	Rebatível
Mãoivéis	Rebatível
Haste para soro	Sim, podendo ser posicionada em qualquer extremidade
Redizios	Indicados com freios de dupla ação
Capacidade de carga	200 Kg
Número do registro ANVISA	R079950035
5 posições	Sentado; Semi-Fowler; Flexão, Fowler; Cardíaco
Garantia	12 meses



Posição Sentado



Posição Semi-Fowler



Posição Cardíaco





Posição Flexão



Posição Fowler

ALTURA DO LEITO AO PISO (MÍN): 45 CM

ALTURA DO LEITO AO PISO (MÁX): 68 CM



14 | Cama 3 movimentos DX3

Medidas - Caixa Unitária L x L x A: 703,5 x 97 x 30 cm

DO PEDIDO

Ex positis, requer seja recebida, processada e enviada à autoridade superior esta peça de RECURSO ADMINISTRATIVO.:

a) Seja revista a decisão de CLASSIFICAR a empresas citadas acima por não atendimento ao EDITAL, e em seguida convocar os licitantes seguintes para o envio de PROPOSTA COMERCIAL AJUSTADA, procedendo-se na sequência a sua análise.

Nestes termos.

Pede Deferimento

Belo Horizonte, 10 de setembro de 2024 BRUNO
GONCALVES
MADEIRA:01
579753639

Assinado de forma digital por BRUNO GONCALVES MADEIRA:01579753639
Dados: 2024.09.10 12:14:23 -03'00'

FISIOLIFE SOLUÇÕES MEDICAS E HOSPITALARES LTDA

CNPJ Nº 51.097.433/0001-48 - LE Nº 004643389.00-67
Av. RAJA GABAGLIA, Nº 2000 - SALA 201 - PAVIMENTO 2 - BLOCO 2 - ALPES -
BELO HORIZONTE/MG - CEP:30.494-170
TELEFONE: (31) 99795-0166 / (31) 99731-4611
EMAIL: FISIOLIFESOLUCOES@GMAIL.COM

Handwritten mark resembling the Greek letter alpha (α).

Handwritten signature or mark.

