



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO - CE
PEREIRO-CE

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2106.01/2022
Processo Administrativo Nº 2006.01/2022-SRP
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: ERMILSON DOS SANTOS QUEIROZ
Data de Publicação: 21/06/2022 20:21:04

TOTAL DO PROCESSO: 140.267,9511

ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA 55.979.736/0001-45 40.098,00

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 086 40.098,00 **Total: 40.098,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: D700/ALLIAGE Modelo: D700 AIR + OPCIONAIS

Descrição: CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA COM EQUIPO, REFLETOR E SUGADOR - Estrutura fabricada em aço; tratamento anti-corrosivo; pintura epóxi ou eletrostática lisa; com estabilidade estática e dinâmica em todas as posições de uso na sua capacidade máxima / base com proteção em borracha ou material similar com estabilidade sem necessidade de fixação ao piso mecânicos e hidráulicos; EQUIPO ODONTOLÓGICO - Equipo odontológico acoplado com braço articulado, com movimento horizontal com batentes de fim de curso e movimento vertical pneumático. Três terminais sendo 1 para micro motor de baixa rotação com spray (tipo borden), dois terminais para canetas de alta rotação com spray (tipo borden) e 1 seringa tríplice; suporte das pontas com acionamento. Individual e automático, garantia de 01 ano.

Quantidade: 3 Valor Unit.: 13.366,00 Total Item: 40.098,00

DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA 07.897.039/0001-00 12.850,0008

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 077 4.350,00 **Total: 4.350,0002**

Item: 2 Unidade: Unidade Marca: DENTEMED Modelo: MAGNU

Descrição: MOCHO PARA ODONTOLOGIA - com regulagem do encosto pelo menos quanto à inclinação; regulagem de altura do assento; revestimento do assento e do encosto e material PVC (cor verde) laminado sem costura; sistema a gás; base giratória com no mínimo 05 rodízios; estrutura em aço com tratamento anticorrosão; pintura da estrutura em epóxi ou eletrostática lisa; sem aros para apoio dos pés, garantia de 01 ano.

Quantidade: 7 Valor Unit.: 621,4286 Total Item: 4.350,0002

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 072 3.500,00 **Total: 3.500,00**

Item: 3 Unidade: Unidade Marca: DENTEMED Modelo: PRIME

Descrição: FOTOPOLIMERIZADOR - aparelho fotopolimerizador de resinas compostas através de transmissão de luz emitida por LEDs, tempo de emissão programável com sinal sonoro de, no mínimo, 05 em 05 segundos, até o limite de 90 segundos e desligamento automático no final do tempo selecionado; o fotopolimerizador deve possuir ponteira de fibra ótica com giro de 360° autoclavável ou, no caso de equipamentos que dispensem o uso de ponteira de fibra ótica, suas características devem permitir seu pleno uso e funcionamento para o propósito de fotopolimerização de resinas compostas em atividades clínicas odontológicas, de acordo com o manual de utilização, garantia de 01 ano.

Quantidade: 7 Valor Unit.: 500,00 Total Item: 3.500,00

LOTE 12 Quant.: 1 Num: 046 5.000,00 **Total: 5.000,0006**

Item: 12 Unidade: UND Marca: DENTMED Modelo: PRIME

Descrição: Contra Ângulo Odontológico, sistema saca brocas, giro livre 360°, uso com micro motor pneumático, acoplamento intramatic, spray externo, utiliza brocas PM de 2,35mm e brocas de alta rotação de 1,6mm (com utilização do acessório mandril) rotação entre 5.000 e 20.000 rpm, garantia de 01 ano.

Quantidade: 14 Valor Unit.: 357,1429 Total Item: 5.000,0006

BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 31.770.650/0001-40 38.304,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO - CE
PEREIRO-CE

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 074 10.479,00 **Total: 10.479,00**

Item: 4 Unidade: UND Marca: ALT Modelo: JET CERAMIC

Descrição: ULTRASSOM ODONTOLOGICO - Para remoção de tártaro (cálculo dental); Frequência na faixa de 30 a 32 KHz; Caneta/transdutor do ultrassom removível e autoclavável ou com capa removível e autoclavável; deve proporcionar ajuste preciso da potência do ultra-som; Deve proporcionar ajuste preciso do fluxo de refrigeração; Pedal de acionamento; Bivolt (110/220); Mangueiras lisas e flexíveis; Chave (ou botão) liga/desliga; Deverão ser fornecidas 3 (três) pontas/insertos (tipo universal, ou equivalente, para tratamento supragengival, subgengival e de furcas); No caso de equipamentos que utilizem sistema de travamento das pontas/insertos com chaves, devem ser fornecidas 3 (três) chaves para aperto das pontas/insertos compatível com o equipamento, estando dispensados desta exigência os equipamentos que apresentarem sistemas de travamento por encaixe; Deve possuir bomba peristáltica; deve possuir reservatório para líquidos (com capacidade mínima de 350 ml). Potência aproximada: 60VA. Jateamento de superfície utiliza o bicarbonato de sódio e são inseridos num jato de ar comprimido. Pressão de entrada de ar 60 a 80 PSI, garantia de 01 ano.

Quantidade: 7 **Valor Unit.: 1.497,00** Total Item: 10.479,00

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 068 4.849,95 **Total: 4.849,95**

Item: 5 Unidade: UND Marca: ALT Modelo: ALTMIX

Descrição: AMALGAMADOR - Amalgamador do tipo vibrador de cápsula; Painel digital com mostrador de tempo; Tempo de preparo na faixa máxima de 0 a 30 seg; Frequência do movimento mínima de 4000 oscilações por minuto; Forma do movimento elíptica; Interrupção do movimento na abertura da tampa de proteção; Acabamento liso e arredondado; Alimentação bivolt automático; Possibilidade de uso de cápsulas de tamanhos e fabricantes diferentes (universal), garantia de 01 ano.

Quantidade: 7 **Valor Unit.: 692,85** Total Item: 4.849,95

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 001 15.080,00 **Total: 15.080,00**

Item: 6 Unidade: UND Marca: XDENT Modelo: X70

Descrição: APARELHO DE RX ODONTOLÓGICO - Para radiografias periapicais e interproximais conforme norma NBR IEC 601-1-3; Tipo coluna móvel, com rodízios, braços articulados e balanceados; Rodízios com travas em pelo menos duas rodas diagonais; Painel de comando com display digital, que permita a seleção do tempo de exposição; Regulador eletrônico de tensão, garantindo radiografias uniformes com boa qualidade, garantia de 01 ano.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 7.540,00** Total Item: 15.080,00

LOTE 10 Quant.: 1 Num: 091 5.796,00 **Total: 5.796,00**

Item: 10 Unidade: UND Marca: DENTEMED Modelo: PRIME

Descrição: Caneta de alta rotação, com spray triplo, rolamento de cerâmica, borden, tratamento superficial em níquel químico, em latão, sistema de trocabraça: Friction-Grip, baixo nível de ruído e vibração, torque: 0,13 NCM, rotação máxima 380.000rpm, 12 meses de garantia.

Quantidade: 14 **Valor Unit.: 414,00** Total Item: 5.796,00

LOTE 13 Quant.: 1 Num: 099 2.100,00 **Total: 2.100,00**

Item: 13 Unidade: UND Marca: DENTEMED Modelo: MAGNUS

Descrição: Micromotor Odontológico, indicado para o preparo de cavidades profilaxia com pasta abrasiva, acabamento de restaurações e trabalhos leves em laboratório de próteses. Acoplamento Borden intramatic, spray interno e rotação de 5.000 a 20.000 rpm, encaixe intramatic universal possibilitando giro de 360, baixo nível de ruído e vibração, esterilizável em autoclave até 135°, garantia de 01 ano.

Quantidade: 7 **Valor Unit.: 300,00** Total Item: 2.100,00

SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10.567.214/0001-06 **1.939,00**

LOTE 7 Quant.: 1 Num: 007 1.320,00 **Total: 1.320,00**

Item: 7 Unidade: UND Marca: NMARTINS Modelo: NMARTINS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO - CE
PEREIRO-CE

Descrição: AVENTAL DE CHUMBO PARA ADULTOS, com protetor de tireóide. Com, pelo menos, o equivalente a 0,25mm Pb, medindo aproximadamente 76 x 60cm. (Para uso radiológico na odontologia), garantia de 01 ano.

Quantidade: 2 Valor Unit.: 660,00 Total Item: 1.320,00

LOTE 8 Quant.: 1 Num: 053 619,00 **Total: 619,00**

Item: 8 Unidade: UND Marca: VH Modelo: VH

Descrição: CÂMARA PARA REVELAÇÃO PORTATIL PARA ODONTOLOGIA. Deve ser moldada em poliestireno de alto impacto, com chapa bicolor, inquebrável em condições normais do uso e transporte. Deve ter forma ergonômica e arredondada de fácil assepsia. Deve ter abertura total separando a parte superior da base, não deve possuir bordas retentivas. Deve possuir 3 (três) recipiente (potes) com tampa para o revelador, fixador e água, com alojamento para estes. Deve possuir visor acrílico com ótima transparência e total filtragem da luz. Deve ter ventosas de fixação na base. Deve ter remoção fácil das luvas para desinfecção. Não deve possuir sistema elétrico. Deve ter garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, garantia de 01 ano.

Quantidade: 2 Valor Unit.: 309,50 Total Item: 619,00

STERMAX PRODUTOS MÉDICOS EIRELI 84.859.552/0002-20 **26.446,00**

LOTE 9 Quant.: 1 Num: 013 26.446,00 **Total: 26.446,00**

Item: 9 Unidade: UND Marca: STERMAX Modelo: FLEX 21 LITROS ANVISA 10430810012

Descrição: AUTOCLAVE – Com resistência externa, manômetro para monitorização do processo de esterilização, seletor de tempo, desaeração automática, ciclo de secagem, horizontal, digital, mínimo de duas bandejas, dispositivo de segurança de abertura da porta, suporte para bandejas sobre o diâmetro interno aproximado de: 31cm x 8cm, diâmetro externo aproximado de: 40cm x 40cm, voltagem de 220 volts, potência de 2.000 ris, câmara de esterilização, capacidade de 21 litros, tampa e bandejas construídas em aço inox, e atestado que as radiações de fuga do aparelho estão dentro dos padrões estabelecidos, garantia de 01 ano.

Quantidade: 7 Valor Unit.: 3.778,00 Total Item: 26.446,00

NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA 12.095.582/0001-16 **20.630,0003**

LOTE 11 Quant.: 1 Num: 073 20.630,00 **Total: 20.630,0003**

Item: 11 Unidade: UND Marca: MOTOMIL Modelo: CMO 8/50

Descrição: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, projetado para prover ar comprimido para uso clínico e laboratorial, desempenho estável, grande capacidade de fluxo, baixo consumo de energia, reservatório com pintura eletrostática interna e externa, isento de óleo, baixo nível, capacidade mínima de 40 litros, 120 libras, potência 1,0 HP, de 6 a 8 pés 220 V ou Bivolt, garantia de 01 ano.

Quantidade: 7 Valor Unit.: 2.947,1429 Total Item: 20.630,0003

AUTORIDADE: LUIZ BEZERRA DE QUEIROZ NETO

PREGOEIRO: ERMILSON DOS SANTOS QUEIROZ